ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»
Испытательный центр

680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 6А
Телефон: (4212) 42-80-42, 42-17-53
Факс: (4212) 42-73-76
E-mail: habarovsk@clati-dv.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.511349
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.08.2017

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательного центра
ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО»
_____ Н.Н. Лаушкина
«26» 05 2020г.

Протокол испытаний № 322/2

Дата подготовки протокола: 25.05.2020

1	Наименование и адрес заказчика, ИНН	АО «Дальмормонтаж», 692904, г. Находка, ул. Шефнера, д. 2 ИНН 2508008290
2	Наименование и адрес предприятия, ИНН	АО «Дальмормонтаж», 692904, г. Находка, ул. Шефнера, д. 2 ИНН 2508008290
3	Основание для отбора проб	Договор № АТМ-029 от 16.08.2019
4	Протокол отбора проб	№ 322 от 19.05.2020
5	Объект исследования	**Атмосферный воздух**
6	Место отбора пробы (№, описание пробы)	г. Находка, ул. Портовая, д. 10: Проба № 1 - к.т. 7, точка отбора № 1, граница СЗЗ.
7	Физические параметры окружающей среды, измеренные при проведении отбора проб	Температура - +11,9 °С Атмосферное давление - 750 мм. рт. ст. Влажность – 44 % Скорость ветра – 3,75 м/с
8	Дата/Время отбора	19.05.2020, 10^{20}-10^{50}
9	Дата/Время поступления	20.05.2020, 15^{00}
10	Проведение испытаний	с 19.05.2020 по 22.05.2020
11	Методика отбора проб	ГОСТ 17.2.3.01-86

12. Средства измерений

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер св-ва о поверке	Действительно до
Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А"	6743	483329	28.05.2020
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М исполнения ПА-300М-2	1080	Голографическая наклейка № 080722966	01.11.2020
Весы лабораторные электронные GH-202	15102448	018983	23.05.2020

13. Результаты (испытаний) измерений (погрешность при Р=0,95 по требованию)

№ пробы	Место отбора (№ контрольной точки)	Наименование показателя, ед. измерения	Тип пробы	Результаты измерений	Нормативные документы, устанавливающие методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	к.т. 7, точка отбора № 1, граница СЗЗ, г. Находка, ул. Портовая, д. 10	Взвешенные частицы пыли, мг/м^3	м.р.	0,188	ГОСТ 17.2.4.05-83

----------окончание протокола----------

Примечание: Протокол испытаний распространяется только на пробы, подвергнутые испытаниям, и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО». Основание: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»
Испытательный центр

680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 6А
Телефон: (4212) 42-80-42, 42-17-53
Факс: (4212) 42-73-76
E-mail: habarovsk@clati-dv.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.511349
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.08.2017

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательного центра
ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО»
_____ И.Н. Лаушкина
«15» 05 2020г.

Протокол испытаний № 304/2

Дата подготовки протокола: 15.05.2020

1	Наименование и адрес заказчика, ИНН	АО «Дальмормонтаж», 692904, г. Находка, ул. Шефнера, д. 2 ИНН 2508008290
2	Наименование и адрес предприятия, ИНН	АО «Дальмормонтаж», 692904, г. Находка, ул. Шефнера, д. 2 ИНН 2508008290
3	Основание для отбора проб	Договор № АТМ-029 от 16.08.2019
4	Протокол отбора проб	№ 304 от 07.05.2020
5	Объект исследования	**Атмосферный воздух**
6	Место отбора пробы (№, описание пробы)	г. Находка, ул. Портовая, д. 10: Проба № 1 - к.т. 7, точка отбора № 1, граница СЗЗ.
7	Физические параметры окружающей среды, измеренные при проведении отбора проб	Температура - +12,7 °С Атмосферное давление - 751 мм. рт. ст. Влажность – 67 % Скорость ветра – 0,87 м/с
8	Дата/Время отбора	07.05.2020, 10^{00}-10^{30}
9	Дата/Время поступления	13.05.2020, 16^{00}
10	Проведение испытаний	с 07.05.2020 по 15.05.2020
11	Методика отбора проб	ГОСТ 17.2.3.01-86

12. Средства измерений

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер св-ва о поверке	Действительно до
Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А"	6743	483329	28.05.2020
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М исполнения ПА-300М-2	1080	Голографическая наклейка № 080722966	01.11.2020
Весы лабораторные электронные GH-202	15102448	018983	23.05.2020

13. Результаты (испытаний) измерений (погрешность при Р=0,95 по требованию)

№ пробы	Место отбора (№ контрольной точки)	Наименование показателя, ед. измерения	Тип пробы	Результаты измерений	Нормативные документы, устанавливающие методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	к.т. 7, точка отбора № 1, граница СЗЗ, г. Находка, ул. Портовая, д. 10	Взвешенные частицы пыли, мг/м^3	м.р.	0,094	ГОСТ 17.2.4.05-83

----------окончание протокола----------

Примечание: Протокол испытаний распространяется только на пробы, подвергнутые испытаниям, и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО». Основание: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»
Испытательный центр

680013, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 6А
Телефон: (4212) 42-80-42, 42-17-53
Факс: (4212) 42-73-76
E-mail: habarovsk@clati-dv.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.511349
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.08.2017

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательного центра
ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО»
_____И.Н. Лаушкина
«13» 05 2020г.

Протокол испытаний № 280/2

Дата подготовки протокола: 08.05.2020

1	Наименование и адрес заказчика, ИНН	АО «Дальмормонтаж», 692904, г. Находка, ул. Шефнера, д. 2, ИНН 2508008290
2	Наименование и адрес предприятия, ИНН	АО «Дальмормонтаж», 692904, г. Находка, ул. Шефнера, д. 2, ИНН 2508008290
3	Основание для отбора проб	Договор № АТМ-029 от 16.08.2019
4	Протокол отбора проб	№ 280 от 29.04.2020
5	Объект исследования	**Атмосферный воздух**
6	Место отбора пробы (№, описание пробы)	г. Находка, ул. Портовая, д.10: Проба № 1 – к.т. 7, точка отбора № 1, граница СЗЗ
7	Физические параметры окружающей среды, измеренные при проведении отбора проб	Температура - +7,5 °С Атмосферное давление - 751 мм. рт. ст. Влажность – 90 % Скорость ветра – <0,1 м/с
8	Дата/Время отбора	29.04.2020, 08^{15}-08^{45}
9	Дата/Время поступления	06.05.2020, 10^{40}
10	Проведение испытаний	с 29.04.2020 по 08.05.2020
11	Методика отбора проб	ГОСТ 17.2.3.01-86

12. Средства измерений

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер св-ва о поверке	Действительно до
Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А"	6743	483329	28.05.2020
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М исполнения ПА-300М-2	1080	Голографическая наклейка № 080722966	01.11.2020
Весы лабораторные электронные GH-202	15102448	018983	23.05.2020

13. Результаты (испытаний) измерений (погрешность при Р=0,95 по требованию)

№ пробы	Место отбора (№ контрольной точки)	Наименование показателя, ед. изм	Тип пробы	Результаты измерений	Нормативные документы, устанавливающие методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	к.т. 7, точка отбора № 1, граница СЗЗ, г. Находка, ул. Портовая, д.10	Взвешенные частицы пыли, мг/м^3	м.р.	0,046	ГОСТ 17.2.4.05-83

----------окончание протокола----------

Примечание: Протокол испытаний распространяется только на пробы, подвергнутые испытаниям, и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО». Основание: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009